

Tabella 13: 6.5.4 Strumenti diagnostici

N	TIPO DI AMBULANZA	STANDARD	A1	A2	B	C
1	Monitor manuale per la registrazione della pressione sanguigna. Dimensioni fasceta per polso 10 cm - 66 cm.		-	-	1	1
2	Monitor automatico per la registrazione della pressione sanguigna, Dimensioni fascetta per il polso 10 cm - 66 cm. 1 Monitor di tipo doppler devono funzionare correttamente nelle condizioni di vibrazione e interferenza elettrica specificate alle clausole 6.3.4 e 6.3.7		-	-	X	X
3	Ossimetro	EN 865	-	-	1	1
4	Stetoscopio		-	-	1	1
5	Termometro, Campo di misurazione minimo di 28 °C - 42 °C	pr EN 12470-1	-	-	1	1
6	Lampada specialistica		-	-	1	1