

Tabella 15: 6.5.6 Circolazione

N	TIPO DI AMBULANZA	STANDARD	A1	A2	B	C
1	Soluzione per flebo, Litri		-	-	4	4
2	Attrezzature per iniezioni a flebo, set		-	-	2	2
3	Apparecchiatura per flebo progettata per consentire la somministrazione di fluidi riscaldati alla temperatura di $37^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ . L'apparecchiatura deve essere necessariamente portatile.		-	-	1	1
4	Supporto per flebo		1	1	2	2
5	Dispositivo a pressione per flebo		-	-	1	1